

Link do produktu: <https://www.invence.pl/paski-do-sterylizacji-klasa-iv-400-sztuk-2x200-p-31.html>




Paski do sterylizacji klasa IV, 400 sztuk (2x200)

Cena

28,50 zł

Numer katalogowy

HAN01652



Opis produktu

Wskaźniki, paski chemiczne, do monitorowania sterylizacji parowej do autoklawu.

Cechy produktu:

- zintegrowany, wskaźnikowy test chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną
- przeznaczony do skutecznej kontroli parametrów krytycznych sterylizacji parą wodną i jej penetracji podczas procesu
- nadaje się do używania w sterylizatorach parowych każdego typu
- zgodny z ISO 11140-1 klasa 4 (IV)
- pasek testowy posiada perforację umożliwiającą przedzielenie go na dwie równe części
- opakowanie zawiera 200 szt. pasków 20x140 mm lub 400 szt. pasków 20x70 mm (paski posiadają perforację na środku pomagającą w przedzieleniu paska na pół)
- można nanosić na nich notatki jak datę, godzinę, numer itp.
- czas sterylizacji: 121°C - 15 min lub 134°C - 3 min

Sposób użycia:

Wskaźnik należy umieścić wewnątrz sterylizowanego pakietu, w miejscu najtrudniej dostępnym dla pary wodnej. Całość umieszczamy w autoklawie (sterylizatorze parowym) na odpowiedni czas i temperaturę. Po prawidłowo zakończonym procesie sterylizacji niebieski wskaźnik powinien zmienić kolor na czarny.

Produkt posiada Deklarację Zgodności CE

UWAGA:

- Wyrób jednorazowego użytku
- Chronić przed działaniem promieni słonecznych
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej
- Używać tylko do monitorowania chemicznej sterylizacji parowej
- Nie używać do monitorowania biologicznej sterylizacji parowej.

IMPORTER:

SALTEC
ul. Owocowa 10B
40-158 Katowice
biuro@saltec.pl
+48 798 166 308



 EN ISO-11140-1 Class 4 FINAL REFERENCE COLOR  STEAM 121°C-15min. ó 134°C-3min	Lot No: _____ Data: _____ Operator: _____ Machine: _____	 EN ISO-11140-1 Class 4 FINAL REFERENCE COLOR  STEAM 121°C-15min. ó 134°C-3min	Lot No: _____ Data: _____ Operator: _____ Machine: _____
---	--	---	--